

ADENDO No. 3

100-600-11-01

BOGOTA, D.C. 07 DE SEPTIEMBRE DE 2005

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 044/2005

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO CON DESTINO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.

La Directora General del FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO en ejercicio de sus facultades y en especial de las que le confiere el Artículo 30 Numeral 5 de la Ley 80 de 1993, se permite informar a los interesados en la mencionada Contratación lo siguiente:

EL PRESENTE ADENDO MODIFICA Y ELIMINA LOS PUNTOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS Y AQUELLOS QUE LE SEAN CONTRARIOS.

OBSERVACIÓN GENERAL

- **SE ACLARA EL NUMERAL 3.4.2 ASPECTOS TÉCNICOS OBJETO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN EL CUAL QUEDA ASÍ:**
 - 1.- **CATÁLOGOS DEL PAÍS DE ORIGEN DE LA FABRICACIÓN DEL EQUIPO TRADUCIDO AL IDIOMA ESPAÑOL.**
 - 2.- **CERTIFICADO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.**
 - 3.- **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA QUE DEBE SER MÍNIMO DOS AÑOS**

- **SE MODIFICA DEL ANEXO No. 02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS EL ÍTEM-1: EQUIPO DE RAYOS X ASÍ:**
 - 1. **CON FLUOROSCOPIA.**
 - 2. **MESA TELE COMANDADA CON MOVIMIENTOS VERTICALES Y TABLERO DE MESA CON MOVIMIENTOS LONGITUDINALES Y LATERALES.**
 - 3. **GENERADOR RADIOLÓGICO DE ALTA FRECUENCIA DE 50 KW CORRIENTE 600 MA HASTA 150 KV.**
 - 4. **CON CONTROL AUTOMÁTICO DE EXPOSICIÓN.**
 - 5. **PUPITRE DE CONTROL REMOTO CON CONTROLES DE MANDO Y MONITOR DE TELEVISIÓN.**

6. INTENSIFICADOR DE IMAGEN DE 9 PULGADAS.
7. COLIMADOR DE CAMPO LUMINOSO.
8. SISTEMA DE BUCKY MURAL.
9. CONTROLES ALIADO DE LA MESA CON MONITOR DE TELEVISIÓN.
10. ESPECIFICACIONES TÉCNICA DE REVELADORA AUTOMÁTICA DE RAYOS X
 1. TIEMPO DE REVELADO DE 90 A 120 SEGUNDOS DE SECO A SECO.
 2. CAPACIDAD DE TRABAJO DE 220 PELÍCULAS POR HORA
 3. SISTEMA DE RELLENO AUTOMÁTICO DE QUÍMICOS
 4. SISTEMA CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRÓNICO PARA REGULAR LA TEMPERATURA.
 5. TANQUES ADICIONALES A LOS DEL PROCESO PARA ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS COMO MÍNIMO DE DIEZ GALONES PARA REVELADOR Y DIEZ GALONES PARA FIJADOR.
 6. CONTROL DE STAM-BY CON IDENTIFICADOR DE FALLAS.

Coronel **MARIA STELLA CALDERÓN CORZO**
Directora General