

ADENDO No. 04

BOGOTÁ, D.C. 27 DE MAYO DE 2004

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 018/2004

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO CON DESTINO AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DE ACUERDO AL ANEXO No. 1 "A" DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

La Directora General del FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el Artículo 30 Numeral 4 de la Ley 80 de 1993, se permite informar a los interesados en la mencionada Contratación Directa lo siguiente:

OBSERVACIONES GENERALES

- ❖ EL CIERRE SERA HASTA EL DÍA 28 DE MAYO DE 2004 A LAS 15:00 HORAS.
- ❖ SE MODIFICA EL ÍTEM No. 1 MAQUINA DE ANESTESIA EL CUAL QUEDA ASÍ:
 - MÁQUINA PARA TRES GASES CON FLUJOMETRO DE LECTURA MECÁNICA O ELECTRÓNICA DE OXIGENO OXIDO NITROSO Y AIRE QUE PERMITA LA ADMINISTRACIÓN DE ALTOS Y BAJOS FLUJOS.
 - GUARDA HIPÓXICA QUE GARANTICE COMO MÍNIMO UN 23% DE OXIGENO, EN MEZCLAS O₂/N₂O CON UN FLUJO MÍNIMO DE ENTREGA DE OXIGENO ENTRE 50 Y 250 ML DE MANERA AUTOMÁTICA.

NOTA 1: SE ACLARA A LOS PROponentES QUE LA CARACTERÍSTICA FLUJO MÍNIMO ENTRE 50 Y 250 ML DE MANERA AUTOMÁTICA NO SERÁN FACTORES DE PONDERACIÓN.

NOTA 2: SE ACLARA A LOS PROponentES QUE LA CARATERISITICA DE LOS FLUMETROS DE LAS MAQUINA DE ANESTESIA NO SERAN FACTORES DE PONDERACIÓN.

- ❖ **SE MODIFICA EL ÍTEM No. 2 MONITOR DE GASES ANESTÉSICOS ASÍ:**
 - **QUE PERMITA LA MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO O SATURACIÓN DE OXÍGENO, DIÓXIDO DE CARBONO, OXIDO NITROSO Y GASES ANESTÉSICOS (HALOTANO, ENFLUORANO, ISOFLUORANO, SEVOFLUORANO Y DESFLUORANO)**
 - **QUE PERMITA LA MEDICIÓN DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO**
 - **TECNOLOGÍA SIDE STREAM EN CAPNOGRAFÍA**
 - **ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES**
 - **BATERÍA CON AUTONOMÍA MÍNIMO DE 30 MINUTOS**

- ❖ **SE MODIFICA EL ÍTEM No. 3 ELECTROBISTURI, ASÍ :**
 - **POTENCIA DE COAGULACIÓN BIPOLAR DE MÍNIMO 300 Khz**

- ❖ **SE MODIFICA EL ÍTEM No. 14 AUTOCLAVE DE MESA, EN EL SENTIDO DE :**
 - **SUPRIMIR EL REQUERIMIENTO DE LA IMPRESORA.**
 - **NO REQUERIR SISTEMA DE RECUPERACIÓN EN CASO DE CORTE DE LUZ.**

- ❖ **SE MODIFICA EL ÍTEM No. 19 ESTERILIZADOR DE INSTRUMENTAL DE ALTA VELOCIDAD EN EL SENTIDO DE NO CONSIDERARSE COMO FACTOR DE EVALUACIÓN EL PESO DEL EQUIPO**

Coronel **MARIA STELLA CALDERÓN CORZO**
Directora General