

ESTUDIO KARDEX

MEDIANTE OFICIO 500-19-01 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2005, ESTE COMITÉ CONCLUYE LO SIGUIENTE:

ACTIVIDAD: 03 PROVEEDOR ESPECIALIDAD: 18 GRUPO: 01	CAPACIDAD RESIDUAL K: =>AL DEL VR PRESUPUESTO OFICIAL POR ITEMS O ITEMS EN SMMLV	CIERRE: 28 de julio de 2005
---	---	--------------------------------

1. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

CODIGO	RAZON SOCIAL	CAPACIDAD MAX DE CONT EN SMMLV	CONTRATOS EN EJECUCIÓN EN SMMLV	K RESIDUAL SMMLV	VR PPTO OFICIAL	VENCE
CP-01	PHARMEUROPEA DE COLOMBIA - ITEM 5	46.849,95	465,90	46.384,05	148,70	23-Feb-06
CP-02	M&D MEDICAL DEVICES LTDA - ITEM 2, ITEM 3	5.054,93	132,96	4.921,97	286,76	04-Mar-06
CP-03	GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.- GEMEDCO S.A - ITEM 1, ITEM 2, ITEM 3	64.678,24	588,69	64.089,55	1510,39	14-Feb-06
CP-04	TOP MEDICAL SYSTEMS S.A. - ITEM 1	24.258,92	0,00	24.258,92	1.223,63	05-Oct-05
CP-05	REPRESENTACIONES EURODENT S.A. - ITEM 5	21.656,11	5,13	21.650,98	148,70	14-Oct-05
CP-06	INTELNET MEDICA LTDA - ITEM 1	11.928,34	197,39	11.730,95	1.223,63	10-May-06
CP-07	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA - ITEM 5	23.007,36	454,92	22.552,44	148,70	12-May-06
CP-08	RP MEDICAS S.A. - ITEM 4	18.384,74	384,17	18.000,57	183,38	05-Mar-06
CP-09	TONCHALA S.A. - ITEM 1	8.302,07	0,00	8.302,07	1.223,63	26-Abr-06
CP-10	LA MUELA S.A. - ITEM 5	23.368,00	460,00	22.908,00	148,70	19-May-06
CP-11	G. BARCO S.A. - ITEM 2, ITEM 3	65.325,38	1.821,27	63.504,11	286,76	14-Abr-06
CP-12	INSTRUMENTACION LTDA - ITEM 3	20.495,00	1.154,47	19.340,53	200,68	25-Oct-05
CP-13	ULTRADENTAL S.A. - ITEM 5	10.927,81	764,22	10.163,59	148,70	29-Oct-05
CP-14	ORBIDENTAL LTDA - ITEM 5	NO ESTA CLASIFICADO EN EL GRUPO EXIGIDO				

Nuestro Propósito Fundamental es Servir

2, CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS			
CODIGO	RAZON SOCIAL	MULTAS	SANCIONES
CP-01	PHARMEUROPEA DE COLOMBIA - ITEM 5	NO REPORTA	NO REPORTA
CP-02	M&D MEDICAL DEVICES LTDA - ITEM 2, ITEM 3	NO REPORTA	NO REPORTA
CP-03	GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.- GEMEDCO S.A - ITEM 1, ITEM 2, ITEM 3	NO REPORTA	NO REPORTA
CP-04	TOP MEDICAL SYSTEMS S.A. - ITEM 1	NO REPORTA	NO REPORTA
CP-05	REPRESENTACIONES EURODENT S.A. - ITEM 5	NO REPORTA	NO REPORTA
CP-06	INTELNET MEDICA LTDA - ITEM 1	NO REPORTA	NO REPORTA
CP-07	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	NO REPORTA	NO REPORTA
CP-08	RP MEDICAS S.A. - ITEM 4	NO REPORTA	NO REPORTA
CP-09	TONCHALA S.A. - ITEM 1	NO REPORTA	NO REPORTA
CP-10	LA MUELA S.A. - ITEM 5	NO REPORTA	NO REPORTA
CP-11	G. BARCO S.A. - ITEM 2, ITEM 3	NO REPORTA	NO REPORTA
CP-12	INSTRUMENTACION LTDA - ITEM 3	NO REPORTA	NO REPORTA
CP-13	ULTRADENTAL S.A. - ITEM 5	NO REPORTA	NO REPORTA
CP-14	ORBIDENTAL LTDA - ITEM 5	NO ESTA CLASIFICADO EN EL GRUPO EXIGIDO	

OBSERVACIONES:	
1	PARA EL ESTUDIO DE KARDEX, LOS OFERENTES CP-1, CP-2, CP-3, CP-4, CP-5, CP-6, CP-7, CP-8, CP-9, CP-10, CP-11, CP-12 Y CP-13 , CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
2	LA FIRMA ULTRADENTAL S.A. , CON CÓDIGO CP-13, NO DILIGENCIA EL FORMULARIO No 4A, SIN EMBARGO, EL COMITÉ EN APLICACIÓN DEL ART. 4 PARÁGRAFO DEL DECRETO 2170 Y ART. 20, NUMERAL 15 DE LA LEY 80/93, EVALÚA LA PROPUESTA TOMANDO LA INFORMACIÓN DEL FORMULARIO NO. 4. LA FIRMA CUMPLE CON LO EXIGIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
3	LA FIRMA ORBIDENTAL LTDA , CON CÓDIGO CP-14, SE ENCUENTRA INSCRITA EN LA ACTIVIDAD 3 PROVEEDOR, ESPECIALIDAD 18, PERO NO ESTA EN EL GRUPO 01, LO CUAL CONSTITUYE UNA CAUSAL DE RECHAZO, SEGÚN EL NUMERAL 1,19 ASPECTO KARDEX NUMERAL 19 DEL PLIEGO DE CONDICIONES. POR LO ANTERIOR EL COMITÉ DE KARDEX RECOMIENDA LA ELIMINACIÓN DE LA PROPUESTA.

Acreditación cumplimiento Ley 816/2003 Industrial Formulario No. 9	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Declaración juramentada Ley 863/03 Art. 66 deudor moroso Formulario No. 10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Certificación responsables fiscales Contraloría (Ley 610/00)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Aportes parafiscales Ley 789/2002(Ley 828 de 2003)	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Certificado Ins. Clas. y Calif Cámara y Comercio	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Certificado de existencia y representación legal	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Garantía de seriedad (4 meses)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Documentos financieros	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Plazo de entrega	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Certificado del SICE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Certificado de conformidad fabricante	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Poder y/o autorización junta directiva	---	---	---	---	---	---	---	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Acta junta de socios	---	---	---	---	---	---	---	SI	---	SI	---	---	---	---	---
Recibo pago pliego	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

CONCLUSIÓN:

LOS OFERENTES IDENTIFICADOS CON LOS CÓDIGOS **CP-01, CP-02, CP-03, CP-04, CP-05, CP-06, CP-07, CP-08, CP-09, CP-10, CP-11, CP-12, CP-13 Y CPI-14**, SE AJUSTAN A LAS NECESIDADES ESTATALES Y A LOS ASPECTOS JURÍDICOS REQUERIDOS POR EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, POR CONSIGUIENTE, SE HABILITAN PARA EL ESTUDIO TÉCNICO Y ECONÓMICO RESPECTIVO.

SE SOLICITA QUE EL COMITÉ TÉCNICO VERIFIQUE LA INFORMACIÓN DEL PROPONENTE IDENTIFICADO CON EL **CÓDIGO CP-01**, EXPERIENCIA DEL PROPONENTE COMO COMERCIALIZADOR Y/O DISTRIBUIDOR, TENIENDO EN CUENTA QUE EL FORMULARIO

2B, NO FUE INCORPORADO A LA PROPUESTA Y ESTE ES OBJETO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN POR ESTE COMITÉ.

SE REQUIERE QUE LOS PROPONENTES IDENTIFICADOS CON LOS **CÓDIGOS CP-04 Y CP-08**, AMPLÍEN EL TERMINO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. EL PROPONENTE IDENTIFICADO CON EL **CÓDIGO CP-05**, DEBE ANEXAR EL CERTIFICADO DE APORTES DE PARAFISCALES DE ACUERDO A LA LEY 789 DE 2002, Y EL PROPONENTE IDENTIFICADO CON EL **CÓDIGO CP-07**, DEBE APORTAR EL FORMULARIO No. 6. LO ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA QUE AUNQUE NO SON NECESARIOS PARA LA COMPARACIÓN OBJETIVA DE LAS OFERTAS SON EXIGIDOS POR EL PLIEGO DE CONDICIONES.

ASÍ MISMO, SE SOLICITA AL COMITÉ TÉCNICO VERIFIQUE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD Y/O AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DEL FABRICANTE EN LAS PROPUESTAS IDENTIFICADAS CON LOS CÓDIGOS **CP-02, CP-05, CP-07**, DADO QUE EN LAS MISMAS SE ENCUENTRAN AUTORIZADOS POR FABRICANTES DE UNOS PRODUCTOS Y DE OTROS NO SE ALLEGA LA AUTORIZACIÓN A LA SOCIEDAD COMERCIAL REGISTRADA EN COLOMBIA QUE PRESENTA LA PROPUESTA.

SE REQUIERE QUE LA DIVISIÓN DE CONTRATOS E IMPORTACIONES VERIFIQUE LA INFORMACIÓN DEL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO, EN LAS PROPUESTAS IDENTIFICADAS CON LOS CÓDIGOS **CP-01, CP-06, CP-11 Y CP-13**, TENIENDO EN CUENTA QUE EN LA CONSULTA REALIZADA "NO FORMAL", APARECEN REPORTADOS.

OBSERVACIÓN: EL PROPONENTE IDENTIFICADO CON EL **CÓDIGO CP-14**, SE ENCUENTRA CLASIFICADO EN LA ACTIVIDAD Y ESPECIALIDAD REQUERIDA POR EL PLIEGO PARA ESTA CONTRATACIÓN, **PERO NO ESTA INSCRITO EN EL GRUPO 01**.

ESTUDIO FINANCIERO

MEDIANTE ESTUDIO 863, EL COMITÉ FINANCIERO CONCLUYE:

CODIGO	NOMBRE OFERENTES	BALANCE GENERAL CERTIFICADO	ESTADO RESULTADOS CERTIFICADO	DECLARACIÓN DE RENTA	NOTAS	CERTIFICADO Y TARJETA CONTADOR Y REVISOR FISCAL	DICTAMEN
CP-01	PHARMEUROPEA DE COLOMBIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CP-02	M & D MEDICAL DEVICES LTDA	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CP-03	GEMEDCO GENERAL MEDICA DE COLOMBIA SA	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CP-04	TOPMEDICAL SYSTEMS SA	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CP-05	EURODENT SA	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CP-06	INELNET MEDICA SA	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CP-07	CAS A DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CP-08	RP MEDICAS SA	SI	NO	SI	SI	SI	SI
CP-09	TONCHALA S.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CP-10	EQUIPOS MEDICOS LA MUELA SA	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CP-11	G BARCO SA	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CP-12	INSTRUMENTACION LTDA	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CP-13	ULTRADENTAL S.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CP-14	ORBI DENTAL S.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI

CODIGO	NOMBRE OFERENTES	CAPITAL TRABAJO	5% VALOR DEL PRESUPUESTO	ENDEUDAMIENTO	CAPACIDAD PATRIMONIAL ACREDITADA	CAPACIDAD PATRIMONIAL REQUERIDA
CP-01	PHARMEUROPEA DE COLOMBIA	2.966.068.818,00	2.836.421,00	67,75%	3.095.317.348,00	28.364.210,00
CP-02	M & D MEDICAL DEVICES LTDA	539.225.249,96	5.470.000,00	36,82%	539.225.249,96	54.700.000,00
CP-03	GEMEDCO GENERAL MEDICA DE COLOMBIA SA	4.191.062.000,00	28.810.695,55	60,69%	5.641.763.000,00	288.106.955,50
CP-04	TOPMEDICAL SYSTEMS SA	3.568.785.266,00	23.340.695,55	24,83%	3.679.525.653,00	233.406.955,50
CP-05	EURODENT SA	2.713.192.406,00	2.836.421,00	67,54%	1.765.984.586,49	28.364.210,00

CP-06	INTELNET MEDICA SA	765.984.151,00	23.340.695,55	59,86%	800.779.322,00	233.406.955,50
CP-07	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	966.617.000,00	2.836.421,00	32,67%	1.460.460.000,00	28.364.210,00
CP-08	RP MEDICAS SA TONCHALA S.A.	1.391.837.547,00	3.498.000,00	64,84%	861.117.358,00	34.980.000,00
CP-09	EQUIPOS MEDICOS	1.277.470.343,41	23.340.695,55	11,50%	1.518.982.611,66	233.406.955,50
CP-10	LA MUELA S.A.	2.084.503.584,00	2.836.421,00	45,60%	1.959.311.048,00	28.364.210,00
CP-11	G BARCO S.A.	9.849.846.000,00	5.470.000,00	22,11%	12.402.525.000,00	54.700.000,00
CP-12	INSTRUMENTACIO N LTDA	2.532.627.857,00	3.828.000,00	30,21%	3.224.524.768,00	38.280.000,00
CP-13	ULTRADENTAL S.A	879.192.444,00	2.836.421,00	68,00%	927.938.688,00	28.364.210,00
CP-14	ORBI DENTAL S.A.	333.215.673,00	2.836.421,00	67,85%	337.845.694,00	28.364.210,00

CONCLUSIÓN:

EL OFERENTE IDENTIFICADO CON EL **CÓDIGO CP-08**, RP MÉDICAS, NO ANEXA EL ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2004. EL COMITÉ FINANCIERO RECOMIENDA ENVIARLO ANTES DE LA ADJUDICACIÓN, TENIENDO EN CUENTA QUE AUNQUE NO ES NECESARIO PARA LA COMPARACIÓN OBJETIVA DE LAS OFERTAS, ES EXIGIDO POR EL PLIEGO DE CONDICIONES.

ESTUDIO TÉCNICO

PARA EL ÍTEM No. 1 CON OFICIO FECHADO EL 16 DE AGOSTO DE 2005, EL COMITÉ CONCLUYE LO SIGUIENTE:

ÍTEM No. 1 ECOCARDIÓGRAFO				
DESCRIPCIÓN TÉCNICA	GEMEDCO (VIVID 7) CUMPLE	TOP MEDICAL (TOSHIBA APLIO). CUMPLE	INTELNET (PHILLIP S HD11) CUMPLE	TONCHALA S.A (ALOKA PROSOUND SSD 4000) CUMPLE
Sistema de ultrasonido cardiovascular digital de última generación con excelente calidad de imagen que permita la realización de los siguiente exámenes; ecocardiografía transtorácica adulto y pediátrica, ecocardiografía transesofágica multiplanar y ecocardiografía estrés farmacológico ejercicio y doppler tisular.				
1. Hasta 1024 canales.	SI	SI	SI	NO CUMPLE
2. Armónicos de última generación.	SI	SI	SI	SI
3. Transductores de arreglo en fase matricial, lineal, sectorial, multiplanar, transesofagico.	SI	SI	SI	SI
4. Transductor transesofagico.	SI	SI	SI	SI
5. Transductor adulto.	SI	SI	SI	SI
6. Transductor pediátrico.	SI	SI	SI	SI
7. Transductor lineal para estudios vasculares y estudios endoteliales.	SI	SI	SI	SI
8. Sistema de archivo de imágenes múltiple incluido unidad grabación VHS.	SI	SI	SI	SI
9. Unidad de grabación digital (CD/RW, DISCO ÓPTICO).	SI	SI	SI	SI
10. Sistema DICOM o similar.	SI	SI	SI	SI
11. Frecuencia de cuadros superior a 300 x segundo.	SI	SI	SI	SI
12. Inversión de imágenes arriba abajo, izquierda, derecha, tanto en vivo como en imagen repetida digital.	SI	SI	SI	SI
13. Monitor de alta resolución, de 14 a 17 pulgadas	SI	SI	SI	NO
14. Impresora última tecnología.	SI	SI	SI	SI
15. Software para análisis de imagen incluido	SI	SI	SI	SI
16. Software para la realización de ecocardiograma stress.	SI	SI	SI	SI
17. Software para la realización de eco-contraste.	SI	SI	SI	SI
18. Doppler con cálculos automáticos.	SI	SI	SI	SI
19. Imagen de 2d tiempo real modo	SI	SI	SI	SI

m, color.				
20. Cálculos cardiacos y vasculares incluidos.	SI	SI	SI	SI
21. Múltiples puertos activos.	SI	SI	SI	SI
22. Instalación completa por parte del proveedor del equipo en el área determinada.	SI	SI	SI	SI
23. Mantenimiento y servicio técnico de apoyo oportuno y permanente, incluso una vez vencida la garantía.	SI	SI	SI	SI
24. Entrenamiento por parte del personal idóneo (médico y técnico) en el uso del equipo para el personal médico, paramédico y mantenimiento que se encargará del manejo y mantenimiento del equipo de ecocardiografía.	SI	SI	SI	SI
25. Posibilidad de actualización del software.	SI	SI	SI	SI
26. Manuales de funcionamiento y mantenimiento del equipo en español.	SI	SI	SI	SI
27. Garantía mínima de 2 años.	SI	SI	SI	SI
28. Experiencia certificada con el uso y mantenimiento de los equipos.	SI	SI	SI	SI
<p>OBSERVACION: EL ECOCARDIAGROFO ES UN EQUIPO DE ALTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, QUE REQUIERE EN LA CONFORMACION DE SU IMAGEN UTILIZAR COMO MINIMO 1024 CANALES PARA PRODUCIR UNA IMAGEN DE ALTA RESOLUCION. ES CLARA LA INTERPRETACION TECNICA QUE CUALQUIER EQUIPO CON MENOS CANALES NO PODRIAN GENERAR UNA IMAGEN DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. CUANDO EN LA DESCRIPCION TECNICA EXIGIMOS UN SISTEMA DE ULTRASONIDO CARDIOVASCULAR DIGITAL DE ULTIMA GENERACION, CON EXELENTE CALIDAD DE IMAGEN, ESTAMOS SOLICITANDO QUE UTILIZA 1024 CANALES O MAS PARA SU PROCESAMIENTO.</p>				

ITEM No. 2 HOLTER TENSION ARTERIAL.		
	GEMEDCO	G.BARCO
DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CUMPLE	CUMPLE
1.Incluye software de interpretación y medición de presión sistólica,diastólica y media,frecuencia cardiaca y/o pulso.	SI	SI
2.Funcionamiento con baterias alcalinas y o recargables.	SI	SI
3.Medición Oscilométrica.	SI	SI
4.Dispositivos de grabación livianos y de fácil manejo.	SI	SI
5.Incluir la grabadora botón para registro de eventos.	SI	SI

6. Incluye dos juegos de brazaletes para adultos y dos brazaletes para obesos.	SI	SI
7. Incluir accesorios para transporte por el paciente y almacenamiento, estuche correas.	SI	SI
8. Capacidad mínima de grabación 24 horas	SI	SI
9. Posibilidad de actualización del software.	SI	SI
10. Garantía mínima 2 años. Capacidad mínima de grabación de 24 horas.	SI	SI
11. Mínimo dos visitas de mantenimiento y soporte por año de garantía	SI	SI
OBSERVACION:		
POR RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ JURIDICO NO SE EVALUO LA PROPUESTA DE LA FIRMA MEDICAL DEVICES (CP-02), POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DEL FABRICANTE, ACREDITANDO LA COMERCIALIZACIÓN Y VENTA PARA LA SOCIEDAD COMERCIAL REGISTRADA EN COLOMBIA.		

ITEM 03 HOLTER CARDIACO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA	GEMEDCO		G.BARCO	INSTRUMENTACION LTDA
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1. Computador última tecnología y alto rendimiento, con alta capacidad de disco duro 40 GB y memoria RAM 512 y procesador Pentium 4 o similar última generación para descargar información grabada. Pantalla plana mínimo 17 pulgadas, Interfase red.				
2. Incluye software de interpretación, edición y marcación eventos, mínimo tres canales para grabación.	SI		SI	SI
3. Sistema grabación digital, adquisición digital y revisión instantánea de información.	SI		SI	SI
4. Incluye software medición QT, de análisis de marcapasos, de arritmias, variabilidad de la frecuencia cardiaca y análisis segmento ST.	SI		SI	NO CUMPLE (NO OFERTO SOFTWARE ANALISIS MARCAPASOS)
5. Cinco (5) Grabadoras para monitoría de holter electrocardiográfico. Incluye botón para registro eventos por el paciente.	SI		SI	SI
6. Incluye dos juegos de cable conexión para cada grabadora.	SI		SI	SI
7. Deben tener la posibilidad de funcionar con baterías alcalinas o recargables.	SI		SI	SI
8. Deben ser dispositivos de grabación livianos, de fácil manejo.	SI		SI	SI
9. Incluye accesorios para transporte por el paciente y de almacenamiento como estuches y correas.	SI		SI	SI

10. Capacidad mínima de grabación de 24 horas.	SI		SI	SI
11. Posibilidad de actualización de software.	SI		SI	SI
12. Incluye manuales de funcionamiento en español.	SI		SI	SI
13. Incluye impresora laser alta resolución.	SI		SI	SI
14. Mínimo dos visitas de mantenimiento y soporte por año de garantía.	SI		SI	SI
15. Garantía mínima dos años.	SI		SI	SI

OBSERVACION:

1) POR RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ JURIDICO NO SE EVALUO LA PROPUESTA DE LA FIRMA MEDICAL DEVICES (CP-02), POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DEL FABRICANTE, ACREDITANDO LA COMERCIALIZACIÓN Y VENTA PARA LA SOCIEDAD COMERCIAL REGISTRADA EN COLOMBIA.

2) LA FIRMA INSTRUMENTACIÓN LIMITADA DENTRO DE SU OFERTA Y CATALOGOS REVISADOS POR EL COMITE TÉCNICO NO INCLUYO EL SOFTWARE PARA ANALISIS E INTERPRETACION DE MARCAPASOS.

ÍTEM No. 4 EQUIPO DE URODINAMIA.

OFERENTE: RP MEDICAS S.A. CODIGO -CP-08

NOMBRE ELEMENTO: EQUIPO DE URODINAMIA.	CUMPLE	NO CUMPLE
DESCRIPCIÓN TÉCNICA		
1. Capacidad de realizar estudios de flujometría, flujometría con Emg perineal, cistometría, cistometría con Emg perineal y abdominal, estudios flujo presión, perfilometría uretral, perfilometría diferencial, urodinamia completa.	X	
2. Prueba de uroflujometría con arranque y parada automática.	X	
3. Posibilidad de configuración de estudios y libre asignación de canales.	X	
4. Disponibilidad de nomogramas para flujometría y urodinamia.	X	
5. Posibilidad de medición simultánea de actividad electromiográfica perineal y abdominal con control independiente de sensibilidad.	X	
6. Posibilidad de magnificación de los trazados (función de zoom) para análisis detallados de los registros.	X	
7. Ubicación de marcas en tiempo real y post proceso.	X	
8. Posibilidad de remover artefactos del trazado y partes no significativas del estudio.	X	
9. Posibilidad de impresión del estudio realizado.	X	
10. Facilidad de purgado de transductores de presión.	X	
11. Disponibilidad de manuales y software en español.	X	
12. Instalación, capacitación y asistencia técnica directa.	X	
13. Bomba de infusión (opcional)	X	

COMPUTADOR CON IMPRESORA	X	
DESCRIPCIÓN TÉCNICA		
1. Procesador Intel Pentium IV	X	
2. Bus frontal del sistema	X	
3. Memoria RAM de 256 MB ó superior, expansible	X	
4. Ranuras de memoria	X	
5. Memorias de 333 MHz	X	
6. Disco Duro de 80 GB	X	
7. Drive de 1.44 MB de 3.5 pulgadas.	X	
8. Controladora de video de 32 MB.	X	
9. Monitor SVGA de 15 Pulgadas. Misma marca del equipo ofrecido	X	
10. Teclado en español. Misma marca del equipo ofrecido	X	
11. Scroll Mouse PS/2. Misma marca del equipo ofrecido	X	
12. Unidad de CD RW/DV D Combo de 48x ó superior.	X	
13. Tarjeta de Red 10/100/1000MB.	X	
14. Tarjeta de Fax Módem de 56.6 Kbps	X	
15. Puertos USB 2,0	X	
16. Puerto serial RS 232	X	
17. Puerto paralelo centronics	X	
18. Windows XP Professional preinstalado y licenciado en español, con los últimos services Packs y Fixes liberados hasta el momento de la entrega de los equipos.	X	
19. Entregar el CD de restauración del sistema, del Sistema Operativo y los drivers de configuración de los dispositivos.	X	
20. Filtro para el monitor, forros y pad mouse.	X	
21. Licencia de Office 2003 Professional en Español, instalado y activado.	X	

CONCLUSIÓN: EL OFERENTE RP MEDICAS S.A. CODIGO CP-08 CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

trabajo con jeringa triple 3F tres servicios: terminal para micromotor o pieza de baja velocidad y dos terminales para dos piezas de mano de alta velocidad.											
3. Pieza de mano tipo mitwest con fibra óptica y jeringa triple autoclavable con mangueras lisas.	X		X		X		X		X		X
4. Manómetro de presión de aire.	X		X		X		X		X		X
5. Unidad con portabandeja y bandeja de acero inoxidable.	X		X		X		X		X		X
6. Negatoscopio.	X		X		X		X		X		X
7. Pedal (Reostato y de velocidad variable, interruptor de corte de agua a las piezas de mano integrado al pedal).	X		X		X		X		X		X
8. Jeringa autoclavable.	X		X		X		X		X		X
CAJA DE CONEXIONES											
1. El material de la caja debe ser en acero inoxidable.	X		X		X		X		X		X
2. Llaves o registros para entrada de agua y aire, con válvula de seguridad (Control Master).	X		X		X		X		X		X
3. Regulador de presión de aire y aire con manómetro para cada uno.	X		X		X		X		X		X
BUTACO ODONTOLOGICO											
1. Base con ascenso y descenso neumático de cinco ruedas.	X		X		X		X		X		X
2. Ajuste de soporte lumbar.	X		X		X		X		X		X
3. Butaco con tapizado liso.	X		X		X		X		X		X
LAMPARA ODONTOLOGICA											
1. Lámpara	X		X		X		X		X		X

odontológica de luz fría sin contornos oscuros.											
2. De dos o más intensidades.	X		X		X		X		X		
3. Bombillo halógeno.	X		X		X		X		X		
4. Brazo de libre oscilaciones	X		X		X		X		X		
5. Cabezal articulado.	X		X		X		X		X		
ESCUPIDERA											
1. Escupidera y portavasos integrados que sea en porcelana, resina o polímero.	X		X		X		X		X		
2. Incluye las bombillas de succión alta y baja.	X		X		X		X		X		
3. Salidas de agua vaso y escupidera desmontables y autoclavables.	X		X		X		X		X		
ELECTROBISTURÍ	(Cantidad 2)										
NOMBRE ELEMENTO: ELECTROBISTURÍ											
1. Con circuito sólido que elimina recalentamiento.	X		X		X		X		X		
2. Con control de selección para el ajuste de la intensidad.	X		X		X		X		X		
3. Con soporte para la punta.	X		X		X		X		X		
4. Con electrodo dispersivo.	X		X		X		X		X		
5. Con pedal para activarlo.	X		X		X		X		X		
6. Con punta esterilizables en autoclave.	X		X		X		X		X		
7. Con cable conector de la punta con la unidad odontológica.	X		X		X		X		X		
8. Voltaje de 115 v – 60 hz.	X		X		X		X		X		
9. Con tres electrodos.	X		X		X		X		X		

esterilización automática.											
3. Cámara de acero inoxidable con cierre hermético.	X		X		X		X		X		
4. Recipiente para llenado de agua (Esterilización).	X		X		X		X		X		
5. Temperatura entre 0° Y 140°	X		X		X		X		X		
6. Voltaje de alimentación 110 VAC.	X		X		X		X		X		
7. Alarma audible – visual de fin de ciclo.	X		X		X		X		X		
8. Ciclo de secado automático.	X		X		X		X		X		
9. Con dos bandejas.	X		X		X		X		X		
SET INSTRUMENTAL OPERATORIA	(Cantidad 1)										
NOMBRE ELEMENTO: SET INSTRUMENTAL PARA OPERATORIA											
1. Un arco de Young, instrumental que debe cumplir estándar de operatoria dental, fabricado en material resistente, inoxidable, esterilizable.	X		X		X		X		X		
2. Dos Bajapuentes, que contenga tres puntas de aplicación distintas intercambiables.	X		X		X		X		X		
3. Dos bruñidores 21 B doble extremo que no pierda temple.	X		X		X		X		X		
4. Dos bruñidores de bola.	X		X		X		X		X		
5. Dos bruñidores de horqueta.	X		X		X		X		X		
6. Dos Discoide y Cleoide.	X		X		X		X		X		
7. Dos aplicadores de Dycal.	X		X		X		X		X		
8. Tres	X		X		X		X		X		

condensadores de amalgama con extremo ranurado.											
9. Dos talladores de Frank.	X		X		X		X		X		
10. Tres Portaamalgama teflón tipo fusil.	X		X		X		X		X		
SET INSTRUMENTAL ENDODONCIA	(Cantidad 1)										
NOMBRE ELEMENTO: SET INSTRUMENTAL ENDODONCIA											
1. Dos condensadores de conductos AB30 o A25 material resistente, inoxidable, y esterilizable.	X		X		X		X		X		
2. Dos condensadores de conductos AB40 o A40.	X		X		X		X		X		
3. Tres espaciadores de conductos	X		X		X		X		X		
4. Dos Dentímetros.	X		X		X		X		X		
5. Un Portalimas.	X		X		X		X		X		
6. Dos explorador de conductos.	X		X		X		X		X		
SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA	(Cantidad 1)										
NOMBRE ELEMENTO: SET INSTRUMENTAL CIRUGÍA											
1. Tres elevadores acanalados recto delgado, resistente en acero inoxidable, esterilizable.	X		X		X		X		X		
2. Dos elevadores acanalados recto grueso.	X		X		X		X		X		
3. Dos elevadores apical anulado derecho.	X		X		X		X		X		

4. Dos elevadores apical angulado izquierdo.	X		X		X		X		X	
5. Dos elevadores recto acanalado mediano.	X		X		X		X		X	
6. Dos curetas de Lucas con mango hexagonal muleteado.	X		X		X		X		X	
7. Dos pinzas Gubia.	X		X		X		X		X	
8. Tres mangos de bisturí N° 3 y N° 7.	X		X		X		X		X	
9. Dos juegos de instrumental para cirugía oral, que consta de: Fórceps N° 16,24,69,150 y 151.	X		X		X		X		X	
10. Periostotomo, porta agujas, Pinza Hemostática Kelly, lima para hueso, tijera de tejido curvas y rectas, pinza Kelly con garra y sin garra, retractor de colgajo, tijeras de material y pinza para sutura.			X		X		X		X	
SET INSTRUMENTAL PERIODONCIA	(Cantidad 1)									
NOMBRE ELEMENTO: SET INSTRUMENTAL PERIODONCIA										
1. Dos curetas de periodoncia 13/14 que cumpla con las características de resistencia en acero inoxidable, con mango hexagonal muleteado para agarre.	X		X		X		X		X	
2. Dos curetas de periodoncia Gracey 7/8.	X		X		X		X		X	
3. Dos curetas de periodoncia Gracey 3/4.	X		X		X		X		X	
4. Dos curetas	X		X		X		X		X	

de periodoncia Gracey 17/18											
5. Dos curetas de periodoncia Gracey 11/12	X		X		X		X		X		X
6. Ck6.	X		X		X		X		X		X
7. Ck4	X		X		X		X		X		X
8. Sonda periodontal doble W-G-F	X		X		X		X		X		X
OBSERVACIONES	<p>1- EL OFERENTE CP-01 NO CUMPLE CON LA GARANTIA SOLICITADA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LOS EQUIPOS ODONTOLOGICOS, A EXCEPCIÓN DE LA UNIDAD ODONTOLOGICA, NI CUMPLE CON LOS CATOLOGOS COMPLETOS</p> <p>2- VERIFICADAS LAS PROPESTAS CP-07 Y CP-05 SE ENCUENTRA EN LA PROPUESTA QUE SI SE DILIGENCIO LOS CERTIFICADOS DE AUTORIZACION DEL FABRICANTE EN LA COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO EN COLOMBIA.</p> <p>3- NO SE OPORTO DILIGENCIADO EL FORMULARIO 2 B: EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN COMERCIALIZACION Y/O DISTRIBUCION</p>										

ESTUDIO ECONÓMICO

MEDIANTE OFICIO No. 120-07 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2005, EL COMITÉ CONCLUYE LO SIGUIENTE:

ITEM 1 ECOCARDIOGRAFO												
OFERENTES	CODIGO	CANT.	VR UNITARIO SIN IVA	IVA	VR TOTAL CON IVA	PUNTAJE PRECIO	CUMPL. CONT. ANT.	SUBTOTAL	PORCENT. LEY 816/2003	PUNTAJE ADICIONAL	PUNTAJE TOTAL	PUESTO
GEMEDCO GENERAL MEDICA DE COLOMBIA	CP-03	1	388.000.000	62.080.000	450.080.000	324,74	50,00	374,74	0,0%	0,00	374,74	3
TOP MEDICAL SYSTEMS S.A	CP-04	1	360.000.000	57.600.000	417.600.000	350,00	50,00	400,00	0,0%	0,00	400,00	1
INTELNET MEDICA S.A	CP-06	1	388.426.190	62.148.190	450.574.380	324,39	50,00	374,39	0,0%	0,00	374,39	2
ITEM 2 HOLTER TENSION ARTERIAL												
OFERENTES	CODIGO	CANT.	VR UNITARIO SIN IVA	IVA	VR TOTAL CON IVA	PUNTAJE PRECIO	CUMPL. CONT. ANT.	SUBTOTAL	PORCENT. LEY 816/2003	PUNTAJE ADICIONAL	PUNTAJE TOTAL	PUESTO
GEMEDCO GENERAL MEDICA DE COLOMBIA	CP-03	4	7.038.000,00	1.126.080,00	32.656.320	350,00	50,00	400,00	0,0%	0,00	400,00	1

El oferente Código CP-11 no cumple con las cantidades mínimas exigidas en el pliego de condiciones y supera el presupuesto oficial por ítem

ITEM 3 HOLTER CARDIACO												
OFERENTES	CODIGO	CANT.	VR UNITARIO SIN IVA	IVA	VR TOTAL CON IVA	PUNTAJE PRECIO	CUM P CONT ANT	SUBTOT AL	PORCENT LEY 816/2003	PUNTAJE ADIC IONAL	PUNTAJE TOTAL	PUESTO
GEMEDCO GENERALMEDICA DE COLOMBIA	CP-03	1	66.000.000	10.560.000	76.560.000	347,35	50,00	397,35	0,0%	0,00	397,35	2
G. BARCO S.A	CP-11	1	65.500.000	10.480.000	75.980.000	350,00	50,00	400,00	0,0%	0,00	400,00	1
ITEM 4 EQUIPO URODINAMIA												
OFERENTES	CODIGO	CANT.	V/UNT (GASTOS DE NACIONALIZACION)	V/TOTAL (GASTOS DE NACIONALIZACION)	PUNTAJE PRECIO	CUM P CONT ANT	SUBTOT AL	PORCENT LEY 816/2003	PUNTAJE ADIC IONAL	PUNTAJE TOTAL	PUESTO	
RP MEDICAS S.A	CP-08	1	56.000.000,00	56.000.000	350,00	50,00	400,00	0,0%	0,00	400,00	1	

ITEM 5 EQUIPO ODONTOLOGICO												
OFERENTES	CODIGO	CANT.	VR UNITARIO SIN IVA	IVA	VR TOTAL CON IVA	PUNTAJE PRECIO	CUM P CONT ANT	SUBTOT AL	PORCENT LEY 816/2003	PUNTAJE ADIC IONAL	PUNTAJE TOTAL	PUESTO
EURODENT	CP-05	1	48.895.926	7.823.348	56.719.274	349,68	50,00	399,68	0,0%	0,00	399,68	2
CASARENTAL EDUARDO DAZA LTDA	CP-07	1	48.851.000	7.816.160	56.667.160	350,00	50,00	400,00	0,0%	0,00	400,00	1
LA MUELA S.A	CP-10	1	48.900.000	7.824.000	56.724.000	349,65	50,00	399,65	0,0%	0,00	399,65	3
ULTRADENTAL EURODE N	CP-13	1	48.902.615	7.824.418	56.727.033	349,63	50,00	399,63	0,0%	0,00	399,63	4