

## **RESPUESTA A LOS OFERENTES No. 1**

**BOGOTA, D.C. 03 DE JUNIO DE 2005**

### **LICITACIÓN PÚBLICA No. 011/2005**

**No. 100-600-11-01**

**OBJETO: ADQUIRIR CARRUSEL COMPACTO, CORRENTÓMETROS, MEDIDORES DE SEDIMENTO OBS3, MEDIDORES DE SEDIMENTO OBS 3ª, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN VFS CON DESTINO A LA DIMAR.**

La Directora General del FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO en ejercicio de sus facultades y en especial de las que le confiere el Artículo 30 Numeral 5 de la Ley 80 de 1993, se permite informar a los interesados en la mencionada Licitación lo siguiente:

#### **GEOSYSTEM Inq. LTDA**

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 11/2005:

#### **OBSERVACIÓN**

1. **CAPACIDAD PATRIMONIAL:** TENIENDO EN CUENTA DE QUE EL OBJETO DE LOS BIENES A CONTRATAR SON DE VENTA ESPECIFICA CUYO VOLUMEN DE VENTAS ES MUY BAJO Y LAS EMPRESAS QUE SE DEDICAN AL SUMINISTRO DE ESTOS EQUIPOS NO SON OSTENTOSAS, SOLICITAMOS MUY RESPETUOSAMENTE RECONSIDERE EL PORCENTAJE EXIGIDO DE CAPACIDAD PATRIMONIAL. NUESTRA COMPAÑÍA PROPONE QUE SE DE UN VALOR 15% DEL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA Y NO DEL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

DESAFORTUNADAMENTE DEBIDO AL COSTO TAN ALTO DE LOS EQUIPOS A CONTRATAR EL DEJAR LA CAPACIDAD PATRIMONIAL DEL 50% SOBRE EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL, PORCENTAJE MUY ALTO QUE NO CORRESPONDE A LA REALIDAD DEL MERCADO, ESTO VA A IMPEDIR QUE SE PRESENTEN OFERENTES EN EL PRESENTE PROCESO. CABE ANOTAR QUE NUESTRA COMPAÑÍA GEOSYSTEM ING. INTERESADA EN PARTICIPAR EXPEDIRÁ TODAS LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA NECESARIAS PARA A SEGURIDAD EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEL OBJETO A CONTRATAR. CON ESTE CAMBIO PERMITIRÁN LA MASIVA PRESENTACIÓN DE OFERENTES. LOS DEMÁS PARÁMETROS ESTÁN CORRECTOS.

### RESPUESTA COMITÉ FINANCIERO

EL PLIEGO DE CONDICIONES ES ELABORADO POR LA ENTIDAD PUBLICA DONDE INCLUYE CLÁUSULAS FACULTATIVAS Y OBLIGATORIAS, SIENDO EL FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO LA ENTIDAD QUE ELABORÓ EL PLIEGO, CONSIDERO EQUILIBRADO EXIGIR EL 50% DE CAPACIDAD PATRIMONIAL. POR LO TANTO LOS OFERENTES DEBEN CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DEL P'PLIEGO, ACOMODAR EL PLIEGO DE CONDICIONES A LAS EXIGENCIAS E UN OFERENTE, SERIA VIOLAR LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA E IGUALDAD COMO RECTORES DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, POR CONSIGUIENTE EL COMITÉ FINANCIERO SE MANTIENE EN LA EXIGENCIA.

### OBSERVACIÓN

2. **EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:** DEBIDO A LO ESPECIFICO TECNOLÓGICAMENTE DE LOS EQUIPOS A CONTRATAR Y QUE COMO ÚNICO CLIENTE POSIBLE SON LOS CENTROS DE LA INVESTIGACIÓN DE LA ARMADA NACIONAL CIOH Y CCCP, SOLICITAMOS CAMBIAR EL PORCENTAJE DEL 50% DE CONTRATOS DE ELEMENTOS IGUALES A LOS ÍTEM A OFERTAR POR UN PORCENTAJE MENOR, PROPONEMOS EL 15% DEL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA O DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

### RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

SE ACEPTA LA SUGERENCIA DEL OFERENTE, POR TANTO LOS OFERENTES DEBEN CERTIFICAR MÍNIMO EL 15% DEL VALOR DE TOTAL DE LA PROPUESTA O DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN CONTRATOS POR SUMINISTRO DEL ELEMENTOS IGUALES A LOS ITEMS A OFERTAR.

### OBSERVACIÓN

3. **AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE:** CONSIDERANDO QUE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR SON DE ALTO DE GRADO TECNOLÓGICO Y QUE VA A REQUERIR UNA ASISTENCIA TÉCNICA DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS TANTO EN OPERACIÓN COMO SUMINISTRO DE REPUESTOS, SOLICITAMOS SEA EXIGIDA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL FABRICANTE QUE HABILITE AL PROPONENTE A PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN PUBLICA COMO SU REPRESENTATE. ESTO ASEGURARA QUE EL FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO OBTENDRÁ EL SOPORTE TÉCNICO Y DE REPUESTO DIRECTO DE FABRICA.

### RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

LA SEGURIDAD REQUERIDA EN LA ASISTENCIA TÉCNICA POSTERIOR ES IMPORTANTE, SERÍA CONVENIENTE TENER LA AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE O LA CARTA DE RESPALDO DE ESE APOYO EN INSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS. SIN EMBARGO, HACERLO OBLIGATORIO PODRÍA EXCLUIR OTRAS EMPRESAS POR CUANTO SE DESCONOCE SI LOS FABRICANTES TIENEN REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS

POR LO TANTO EL COMITÉ TÉCNICO SE MANTIENE EN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS INICIALES.

### **OBSERVACIÓN**

4. **APLAZAMIENTO DEL CIERRE DE LA LICITACIÓN:** EN VIRTUD DE QUE NUESTRA COMPAÑÍA ESTA PREPARANDO LA LICITACIÓN No. 09 DEL MISMO FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO Y LA CUAL CIERRA EL MISMO DÍA 31 DE MAYO DE 2005 A LAS 14:00 HORAS, IGUALMENTE TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES SOLICITADAS, SOLICITAMOS MUY RESPETUOSAMENTE APLAZAR EL CIERRE DE ESTA LICITACIÓN UNA SEMANA.

### **RESPUESTA DIVISIÓN DE CONTRATOS E IMPORTACIONES**

ESTA RESPUESTA ES RESUELTA MEDIANTE ADENDO No. 01 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2005 PUBLICADO EN LA PAGINA WEB EL DÍA 27 DE MAYO DE 2005.

### **HANSACOL TRADING LTDA**

### **OBSERVACIÓN**

1. **NUMERAL 3, PAGINA 66.** EN EL SEGUNDO PÁRRAFO SE INDICA QUE SE REQUIEREN "TRES ESTRUCTURAS DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD PARA ALBERGAR Y SOPORTAR UN CORRENTOMETRO EN LA PARTE INFERIOR Y TRES MEDIDORES DE SEDIMENTOS EN SUSPENSIÓN A LO LARGO DE LA ESTRUCTURA" SE ACEPTA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS POR ÍTEM". EN EL TERCER PÁRRAFO APARECE " CADA ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE DEBE CONTAR CON LA CAPACIDAD DE RECIBIR EN CUALQUIER PARTE, DE FORMA EQUIDISTANTE, DE AL MENOS 5 MEDIDORES DE SEDIMENTOS EN SUSPENSIÓN". SE SOLICITA ACLARAR ESTOS CONCEPTOS EN EL SENTIDO DE DETERMINAR SI SON 3 O 5 LOS MEDIDORES DE SEDIMENTOS QUE DEBE ACOMODAR LA ESTRUCTURA Y DESCRIBIR LA MISMA POR MEDIO DE UNA GRÁFICA O FOTOGRAFÍA DE SU DISEÑO.

### **RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO**

CON RESPECTO A LAS ESTRUCTURAS DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD PARA ALBERGAR Y SOPORTAR UN CORRENTOMETRO EN LA PARTE INFERIOR Y TRES MEDIDORES DE SEDIMENTOS EN SUSPENSIÓN A LO LARGO DE LA ESTRUCTURA, NO OBSTANTE LO ANTERIOR, ME PERMITO ACLARAR QUE EL DISEÑO QUE SE ESTA PROPONRIENDO ES MERAMENTE INDICATIVO Y PUEDE SER SUSCEPTIBLE DE CAMBIO DE ACUERDO A LA FORMA Y TAMAÑO DE LOS EQUIPOS QUE DEBERÁ ALBERGAR, POR LO TANTO SE RECOMIENDA QUE EL DISEÑO FINAL DE LAS ESTRUCTURAS DE SOPORTE SEA EFECTUADO CON LA ASESORÍA DE LAS EMPRESAS QUE PROVEERÁN LOS EQUIPOS YA QUE ESTAS, MUY SEGURAMENTE CUENTAN CON LA EXPERIENCIA APROPIADA PARA ELLO. LO IMPORTANTE ES QUE ESTAS

ESTRUCTURAS PUEDEN ALBERGAR LOS EQUIPOS ADECUADAMENTE, SIN ALTERAR SU FUNCIONAMIENTO DE MANERA INTEGRADA, ADEMÁS DE SER FÁCIL DE TRANSPORTAR.

EL FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO DIVISIÓN CONTRATOS E IMPORTACIONES LES SERÁ ENTREGADO UN ESQUEMA GRAFICO DE CÓMO SERIAN LAS ESTRUCTURAS.

### **OBSERVACIÓN**

2. **NUMERAL 3.3, PAGINA 68. MANTENIMIENTO.** EN EL PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFOS DE LA PAGINA 68, SE REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO TANTO PARA LOS CORRENTÓMETROS COMO PARA LOS MEDIDORES DE SEDIMENTOS “POR FALLAS PROPIAS DEL EQUIPO UNA VEZ AL AÑO”. SE SOLICITA CONSIDERAR QUE SÓLO SEA REALIZADO “POR FALLAS PROPIAS DEL EQUIPO DEBIDAS A DEFECTOS EN MATERIALES O FABRICACIÓN, CUANDO ESTA OCURRAN”.

### **RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO**

SE HA SOLICITADO QUE LAS ESTRUCTURAS TENGAN LA CAPACIDAD DE ALBERGAR CINCO (5) OBS YA QUE SE PLANEA EN EL FUTURO LA ADQUISICIÓN DE MS SENSORES DE ESTE TIPO. SE CONFIRMA QUE EL REQUERIMIENTO EN ESTA LICITACIÓN SON TRES POR ESTRUCTURA, ES DECIR UN TOTAL DE 09 OBS.

### **OBSERVACIÓN**

3. **NUMERAL 2.5, PAGINA 71. OTRAS ESPECIFICACIONES.** SE SOLICITA DEFINIR PARA EL CORRENTOMETRO SI SE DESEA QUE ESTE TENGA UNA FRECUENCIA ACÚSTICA DE 1 Mhz O DE 600 khz.

### **RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO**

EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PONDERABLES Y EN LOS FACTORES EXCLUYENTES NO SE ESTABLECEN RANGOS DE FRECUENCIA PARA LA OPERACIÓN DE LOS CORRENTÓMETROS, ES DECIR PUEDEN SER 600 Khz O DE Mhz SIEMPRE Y CUANDO EL RANGO DE MEDICIONES SEA ENTRE 20 Y 50 METROS EN LA COLUMNA DE AGUA. ME PERMITO ACLARAR QUE LOS CORRENTOMETRO REQUERIDOS SERÁN UTILIZADOS EN AGUAS SOMERAS Y COLOCADOS SOBRE EL LECHO MARINO DURANTE LARGOS PERIODOS DE TIEMPO.

Cordialmente,

Coronel **MARIA STELLA CALDERÓN CORZO**  
Directora General

